

## Przychodnia Rejonowa w Chojnowie

ul. Legnicka 12

59-225 Chojnów

Dostawa stołów operacyjno-zabiegowych dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego”

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Chojnów, 01.02.2019

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmodyfikuje zapis w SIWZ w zakresie potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dopuści możliwość potwierdzenia należytego wykonania min. dwóch dostaw stołów zabiegowych, każda o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto?

TAK, Zamawiający dopuszcza potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie minimum dwie dostawy stołów operacyjnych, operacyjno-zabiegowych lub zabiegowych, każda o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.

2. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie SIWZ w wersji edytowalnej w celu uzupełnienia zakresu zamówienia / wymagania (parametrów technicznych)? Zamawiający wraz z ofertą nie wymaga przedstawienia parametrów technicznych.

### Stół operacyjno - zabiegowy 1

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno – zabiegowy, który posiada dopuszczalne obciążenie wynoszące 150 kg?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno – zabiegowy, który posiada podpory stóp w formie podkładek żelowych pod pięty?



Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno – zabiegowy, który posiada podpory stóp montowane do szyn bocznych podnóżków?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół diagnostyczno - zabiegowy z leżem 4 segmentowym (segment: pleców, głowy, siedziska oraz nie dzielony segment nóg)?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół diagnostyczno – zabiegowy z podstawą wyposażoną w 4 koła o średnicy 100mm, każde z indywidualną blokadą?

Nie, zgodnie ze SWIZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół diagnostyczno – zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości oraz pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowane pilota przewodowego za pomocą siłowników elektromechanicznych zasilanych z sieci 230V, 50/60Hz oraz z baterii 24V?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół diagnostyczno – zabiegowy bez podpory stopy?

Nie, Zamawiający dopuści podporę stopy w formie żelowych podkładek pod pięty.

### **Stół operacyjno - zabiegowy 2**

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół diagnostyczno - zabiegowy z leżem 4 segmentowym (segment: pleców, głowy, siedziska oraz nie dzielony segment nóg)?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół diagnostyczno – zabiegowy bez przechyłów bocznych?

Nie, zgodnie ze SWIZ.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół diagnostyczno – zabiegowy z podstawą wyposażoną w 4 koła o średnicy 100mm, każde z indywidualną blokadą?

Nie, zgodnie ze SWIZ.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół diagnostyczno – zabiegowy, w którym segmenty blatu są nieprzenikalne dla promieni RTG?


Nie, zgodnie ze SWIZ.

14. Pytanie do załącznika nr 7 (umowa):

§7 pkt. 1, ppkt. b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z 1% na 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy za każdy dzień opóźnienia? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie tej kary Zamawiający wyrazi zgodę?

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienie do 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy za każdy dzień opóźnienia.

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chodzieży  
  
mgr Bolesław Jakubiak